



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**

Σέρρες 09.06.2017

Αρ. Πρωτ. 6512

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών
Διαχείριση Αναλώσιμου Υλικού
Πληροφορίες : Μαρία Τζίντζιου
Τηλ.2321094294,2321094798
Fax.2321094481
Email: mtzintziou@hospser.gr

ΘΕΜΑ: Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού.

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω ζητούμενα είδη:

| α/α | Είδος | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Κωδικός Παρατηρητήριου | Τιμή Παρατηρητήριου |
|-----|---|--------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Φίλτρα αιμοκάθαρσης κατηγορία B2 (IN VITRIO Kuf<20ml/mmHg/h/1.0m2),συνθετικές μεμβράνες low flux και επιφάνεια >=1,5m2 | 1500 τεμάχια | 30.1.3 | 18,90€ |
| 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1 HIGH FLUX in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης<1,5m2 | 50 τεμάχια | 30.1.5 | 28,00€ |
| 3 | Φίλτρα αιμοκάθαρσης κατηγορία A2 (IN VITRIO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m2),συνθετικές μεμβράνες high flux και επιφάνεια >= 1,5m2. | 985τεμάχια | 30.1.6 | 23,80€ |

Αναλυτικά επισυνάπτεται κατάσταση με τις ειδικότερες ζητούμενες κατηγορίες και διαστάσεις επιφανειών που καλύπτουν τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Η προσφορά σας πρέπει να αποσταλεί εγγράφως στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση έως **15.06.2017 και ώρα 15:00.**

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται στη μονάδα μέτρησης του ζητούμενου είδους και να μην υπερβαίνει τις τιμές του παρατηρητήριου τιμών του Υπουργείου Υγείας.

Η προμήθεια κρίνεται **ΑΜΕΣΗ.**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή των φίλτρων των ίδιων κατηγοριών και υποκατηγοριών.
 2. Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (NIKKISO και GAMBRO) . Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης θα περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής.
 3. Τα φίλτρα τεχνητού νεφρού και οι αρτηριοφλεβικές γραμμές πρέπει να φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
 4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη τεχνικά στοιχεία, στην Ελληνική γλώσσα, με τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των φίλτρων, όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια "prospectus" των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων που ζητούνται είναι το είδος, η επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, ο όγκος πλήρωσης, ο συντελεστής υπερδιήθησης (Kuf), και το είδος αποστείρωσης. Οι επιδόσεις τους πρέπει να δίνονται με IN VITRO μετρήσεις της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης B12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (TMP).
 5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία με την τεχνολογία παραγωγής των φίλτρων, τη διάθεση και χρήση τους στη χώρα παραγωγής τους, σε χώρες της Ε.Ε., στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, καθώς και την ύπαρξη αναφορών-μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα προσφέροντα φίλτρα.
- Από τον διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, νεφρολόγο κ .Δ. Διβάνη.

Ο Διοικητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ