



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 20 Ιουλίου 2026
 Αρ. Πρωτ.: 12777

Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: 2^ο χλμ. Ε.Ο Σερρών-Δράμας
 Ταχ. Κώδικας: 62100
 Πληροφορίες: Τσαμουρτζής Αδάμ
 Τηλέφωνο: 23213 – 51298
 Site: www.hospser.gr
 E-mail: tsamourtzis@hospser.gr

ΠΡΟΣ
 Ως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΑΠ 12777/20.07.2026

για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών:
Επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» και του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),

Άλλο θεσμικό πλαίσιο

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης

- της υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 36221 (ΦΕΚ 1046/18.08.2025/τ. ΥΟΔΔ) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών Κοπατσάρη Χρήστου,
- του υπ' αριθμ. πρωτ. 12776/20.07.2026 Αιτήματος του Τμήματος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. Σερρών σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «επισκευής και συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού»,
- της υπ' αρ. 457/20.07.2026 Απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών (ΑΔΑ ΨΟΟ0469071-ΞΞ0)με θέμα: «Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για έναν (1) μήνα έως του ποσού των 8.106,40 € πλέον ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 1.945,54 €) και έως του ποσού των 10.051,93 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 12807/20.07.2026 (ΑΔΑ Ψ6ΛΧ469071-ΝΙ1) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 1230/2026 καταχώρισης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα,

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Προσκαλεί

τους κάτωθι οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών:

Πίνακας Αποδεκτών

1. **MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, Αγία Παρασκευή Αττικής, δ/νση Αλ. Παναγούλη 70, Τ.Κ. 153 43, τηλ: 210 7489216, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 999961120, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ,
2. **ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.**, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, δ/νση 12ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA-ΘΕΡΜΗ, Τ.Κ. 57001, τηλ: 2310 322525, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 091569759, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
3. **HOSPITECNICA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.**, ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 10 ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ & Τ.Κ. 17778, τηλ.: 2104838222, e-mail: info@hospitecnica.gr, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 095526068, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ,
4. **MEDICAL SYSTEMS Ι.ΚΡΗΤΙΚΟΣ-Σ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΙΚΕ**, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, δ/νση Ι. ΠΗΓΑΔΑ 54Α, Τ.Κ. 13671, τηλ.: 210 6929779, e-mail: info@medicalseystem.gr, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 095674169, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,
5. **ΑΡΗΤΗ Α.Ε ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, δ/νση ΛΕΩΦ.ΤΑΤΟΙΟΥ 52, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13677, τηλ: 210 8002650, ηλεκτρονικό ταχυδρ. (e-mail): info@ariti.gr, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 094251753, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
6. **DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, δ/νση Λαυρίου 74 & Μακεδονομάχων & ΤΚ 14235, τηλ: 2102821809, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 997799268, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,
7. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ «INTERMEDICA»**, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71 & Τ.Κ. 14235, τηλ: 2102724260, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 011651035, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
8. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.Ε.**, Θεσσαλονίκη, δ/νση Παν. Δεξιάς 3, Τ.Κ. 546 35, τηλ.: 2310 245421, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 094512503, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Η παρούσα Πρόσκληση υποδιαιρείται σε **οκτώ (8) διακριτά Τμήματα**. Έκαστος προσκεκλημένος οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει προσφορά αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένο Τμήμα, όπως ορίζεται παρακάτω. Προσφορά που θα υποβληθεί από οικονομικό φορέα για Τμήμα διαφορετικό από αυτό που του ορίζεται, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1. Αντικείμενο της σύμβασης ανά Τμήμα

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «*Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού*» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016).

Τα τμήματα της υπό ανάθεση Σύμβασης ανά οικονομικό φορέα και η εκτιμώμενη αξία τους για έναν (1) μήνα αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

α/α Τμήμ.	ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (για τον οποίο θα παρέχεται από τον ανάδοχο η υπηρεσία επισκευής και συντήρησης)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης άνευ ΦΠΑ για έναν (1) μήνα	Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης με ΦΠΑ για έναν (1) μήνα
1.	Χειρουργική Τράπεζα	MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	350,00 €	434,00 €
2.	Αναπνευστήρες ΜΕΘ (κατασκευαστικός οίκος: MINDRAY, τύπος: SYNOVENT E5 και SV-600)	ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.	733,33 €	909,33 €
3.	Μηχανήματα κεντρικής αποστείρωσης	HOSPITECNICA ΕΠΕ	2625,00 €	3.255,00 €
4.	Ακτινοσκοπικά συστήματα	MEDICAL SYSTEMS Ι.ΚΡΗΤΙΚΟΣ-Σ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΙΚΕ	579,17 €	718,17 €
5.	Μηχάνημα αιμοκάθαρσης (κατασκευαστικός οίκος: BAXTER, τύπος: ACCURA AQUARIUS)	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	174,73 €	216,67 €
6.	i. Θερμοκοιτίδες ii. Αναπνευστήρες φορητοί (κατασκευαστικός οίκος: DRAEGER, τύπος: Oxylog 3000 Plus) iii. Αναισθησιολογικά μηχανήματα (κατασκευαστικός οίκος: DRAEGER, τύπος: PRIMUS)	DRAEGER HELLAS Α.Ε.	1.695,83 €	2102,83 €
7.	i. Μηχάνημα αναισθησίας χωρίς καπνογράφο ii. Αναπνευστήρες ΜΕΘ (κατασκευαστικός οίκος: GE, τύπος: R860)	INTERMEDICA ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ	1.677,50 €	2.080,10 €
8.	Ψηφιακό Ηλεκτροκίνητο Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.Ε.	270,83 €	335,83 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			8.106,40 €	10.051,93 €

Αναλυτική περιγραφή των υπό ανάθεση υπηρεσιών και των ειδικότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών ανά τμήμα περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 50421000-2.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υπηρεσιών της υπό ανάθεση σύμβασης. Προσφορά που υποβάλλεται για ορισμένες από τις υπηρεσίες της υπό ανάθεση σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2 Η συνολική εκτιμώμενη αξία για έναν (1) μήνα ανέρχεται έως του ποσού των 8.106,40 € πλέον ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 1.945,54 €) και έως του ποσού των 10.051,93 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1.3 Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης στους Αναδόχους.

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις που θα υπογραφούν από την παρούσα διαδικασία λύνονται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα ο εν εξελίξει διαγωνισμός (υπ'αρ. Δ.11/2026 Διακήρυξη, Α.Δ.Α.Μ. 26PROC018842124, συστημ. αριθμ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 438038) και υπογραφούν οι νέες συμβάσεις για το ίδιο αντικείμενο, οπότε οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους από την ημερομηνία υπογραφής των νέων συμβάσεων.

1.4 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.5 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ: 24203040000001 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του φορέα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12807/20.07.2026 (ΑΔΑ Ψ6ΛΧ469071-ΝΙ1) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 1230/2026 καταχώρισης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα,

1.6 Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί.

2. Κατάρτιση και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με την ένδειξη «Προσφορά για την υπ'αρ. ΑΑΠ 12776/20.07.2026 Πρόσκληση» στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Σερρών **ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promitheies@hospser.gr, **έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00.**

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, ψηφιακώς υπογεγραμμένα όπου απαιτείται, τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,
- ii. δεν υφίσταται εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
- iii. δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- iv. δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας.

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

- i. **καταβολή φόρων.** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από τον ψηφιακό τόπο της ΑΑΔΕ, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
- ii. **καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης** (κύρια και επικουρική). Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον ψηφιακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος,

4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της

στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει **σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- 5. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ** για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, , εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
- 6. Τεχνική Προσφορά**, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
- 7. Οικονομική προσφορά** σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.

3. Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

4. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

5. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην η αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β΄ 2385), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου

154 του ν.4601/2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εκκαθάριση των τιμολογίων από το Οικονομικό Τμήμα.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00263.0001.

6. Κανόνες δημοσιότητας

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται:

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <http://www.eprocurement.gov.gr/>
- στη Διαδικτυακή Διεύθυνση του Γ.Ν. Σερρών: www.hospser.gr

Παροχή πληροφοριών

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στην Διεύθυνση του διαδικτύου (URL): <http://www.hospser.gr> στην ενότητα Προμήθειες/Διαγωνισμοί καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών (Τσαμουρτζής Αδάμ, τηλ. 23213 51298, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) tsamourtzis@hospser.gr).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τμήμα 1:**«Χειρουργική Τράπεζα»****A) ΓΕΝΙΚΑ**

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή μιας (1) Χειρουργικής Τράπεζας Ηλώσεων μοντέλο VITA του κατασκευαστικού οίκου OPT SurgiSystems (S/N: 099) που είναι εγκατεστημένη στο Γ.Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών).

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

B) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες:

1. «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
2. «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαμβάνοντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
3. «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων.
4. «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.

Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας.

Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα. Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος BIT του Νοσοκομείου.

4. Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα stock ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου).
6. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.
7. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων-αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευαστικό οίκο, με αντίστοιχες βεβαιώσεις, να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.
8. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις ιατρικές πράξεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Νοσοκομείο και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία.
9. Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του Νοσοκομείου καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος.
10. Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, EN ISO 13485:2016 (ή νεότερη έκδοση) για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται (επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο) και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας (να κατατεθεί).

Τμήμα 2:**«Αναπνευστήρες ΜΕΘ»****(κατασκευαστικός οίκος: MINDRAY, τύπος: SYNOVENT E5 και SV-600)**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των kit συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Kit συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.
3. Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία.
4. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
5. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
8. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
12. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
13. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου.** Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

16. Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτησης τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του.

17. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο.

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.

18. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

19. Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της.

Τμήμα 3:
«Μηχανήματα κεντρικής αποστείρωσης»

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά).
3. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report).
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
11. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
12. **Τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά. Τα ανταλλακτικά όμως ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Θα κατατεθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.**
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
14. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.
16. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

Τμήμα 4:**«Ακτινοσκοπικά συστήματα»**

1. Η ετήσια συντήρηση των ακτινοσκοπικών συστημάτων C-arm Siremobil Compact της κατασκευάστριας εταιρείας SIEMENS περιλαμβάνει: δύο (2) συντηρήσεις ανά εξάμηνο, πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά χωρίς τα αναλώσιμα που είναι η λυχνία, ο ενισχυτής εικόνας και τα monitor.
2. Άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης των συστημάτων.
3. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
4. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

Τμήμα 5:Μηχάνημα αιμοκάθαρσης**(κατασκευαστικός οίκος: BAXTER, τύπος: ACCURA AQUARIUS)**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά).
3. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report).
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
11. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
12. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στο τίμημα** που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Θα κατατεθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριοτέρων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

14. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους
16. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

Τμήμα 6:**A. «Θερμοκοιτίδες»**

1. Η συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.
2. Προληπτική συντήρηση εννοείται ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits), όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός Οίκος Draeger). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.
3. Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση ανταλλακτικών, από προϋπάρχουσες βλάβες, που έχουν ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και για τις οποίες υπάρχει προσφορά σε εκκρεμότητα.
4. Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, βυσματούμενες μονάδες, γυάλινων ή αποσπώμενων κλειβανιζόμενων τμημάτων, αναπνευστικά κυκλώματα, αντιβακτηριδιακά φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία.
5. Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχανήμα, ορίζεται μία (1) φορά ετησίως. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν απεριόριστο αριθμό βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου και **εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών** με αποστολή τεχνικού. Η γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορίζει την φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασής του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 08.00. Η υποχρέωση αυτή της συντηρήτριας ανάδοχης εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00).
7. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
8. Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οίκου Draeger και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα να γίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η Draeger, **χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.** (TSB's)
9. Η συντηρήτρια ανάδοχη εταιρεία **δεν φέρει ευθύνη** όταν:
 - Όλα τα αναλώσιμα υλικά, που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή χρήση του μηχανήματος όπως και η συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης.
 - Όλα τα ανταλλακτικά και τα service kit που χρησιμοποιούνται δεν είναι αυθεντικά και πιστοποιημένα από τον οίκο κατασκευής.

- Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους του Εξοπλισμού.

- Δεν πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και **ασφαλέστερη** για τους ασθενείς, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η Draeger (TSB's).

- Οι βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

10. Σε περίπτωση βλάβης των υπ' αριθμ. 1 έως 6 & 9 μηχανήματος για την επισκευή του οποίου θα απαιτείται ανταλλακτικό θα συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα και δεν θα τιμολογείται ξεχωριστά, ενώ τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται για τα υπ' αριθμ. 7, 8, 10 & 11 μηχανήματα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν (στην κατηγορία των συγκεκριμένων μηχανημάτων) σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου.

11. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

B. «Αναπνευστήρες φορητοί»

(κατασκευαστικός οίκος: DRAEGER, τύπος: Oxylog 3000 Plus)

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.

3. Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία.

4. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.

5. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
 8. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
 10. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
 11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
 12. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
 13. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου.** Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
 15. Για κάθε μηχανήμα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτησής τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του.
 16. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχανήμα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο.
 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.
 18. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.
- Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναπνευστήρα από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχανήμα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της.**

Γ. «Αναισθησιολογικά μηχανήματα»

(κατασκευαστικός οίκος: DRAEGER, τύπος: PRIMUS)

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των κιτ συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά). Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.
3. Η προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών όπως αισθητήρες, καλώδια, μπαταρίες, αναπνευστικά κυκλώματα, φίλτρα, φιάλες ιατρικών αερίων κτλ. Περιλαμβάνεται όμως η αντίστοιχη απαιτούμενη εργασία.

4. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
5. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας (service report), στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης, καθώς και της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
8. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
12. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετε με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
13. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες επισκευής βλάβης δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου.** Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
15. Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτησης τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του.
16. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.
18. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.
19. Σε περίπτωση απομάκρυνσης – δωρεάς αναισθησιολογικού μηχανήματος από χρήση του Νοσοκομείου, το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της.

Τμήμα 7:**A. «Μηχάνημα αναισθησίας χωρίς καπνογράφο»**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά).
3. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report).
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax και η απόκριση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών, ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους της να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού της οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
11. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
12. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στο τίμημα** που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και θα τιμολογούνται ξεχωριστά μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. Να δοθεί από τον ανάδοχο τιμοκατάλογος των κυριότερων ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
14. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.
16. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

B. Αναπνευστήρες ΜΕΘ
(κατασκευαστικός οίκος: GE, τύπος: R860)

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού ή να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρυθμίσεων των μηχανημάτων, καθώς και αντικατάσταση των kit συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (θα πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστούν στη προσφορά).
3. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση (service report).
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση. Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω fax ή μέσω email και η απάντηση του αναδόχου πρέπει να είναι εντός 24 ωρών ενώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί να παραμείνει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι το ανώτερο 10 ημέρες για τη διάρκεια της σύμβασης (εξαιρούνται οι ημέρες που τα μηχανήματα μένουν εκτός λειτουργίας για την εκτέλεση προγραμματισμένης συντήρησης).
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών του εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του κράτους.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης από μέρους του να υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλογο τεχνικού προσωπικού του, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι για την επισκευή των μηχανημάτων.
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
11. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από αμέλειά του ή υπαλλήλων του εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος.
12. **Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στο τίμημα που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στον ανάδοχο και δεν θα τιμολογούνται ξεχωριστά.**
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά την περίοδο ισχύος της σύμβασης και η δαπάνη τους ΔΕΝ θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
14. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίων εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης.
15. Για κάθε μηχάνημα θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση και εγγύηση ότι ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την ημέρα της τοποθέτησής τους. Σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να

αποκατασταθεί η βλάβη του μηχανήματος εντός του προβλεπόμενου χρόνου θα παρέχεται άλλο προς χρήση έως την επισκευή του.

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου για επισκευή με έξοδά του. Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον ίδιο.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης για τους ανωτέρω όρους.

17. Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

Τμήμα 8:**«Ψηφιακό Ηλεκτροκίνητο Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα»**

1. Να είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί συντηρήσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη λειτουργία για τους ασθενείς του προς προμήθεια εξοπλισμού.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001 & EN ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των κατεστραμμένων ανταλλακτικών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.
3. Να διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ειδικευμένο στην εγκατάσταση αντίστοιχων μηχανημάτων.
4. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Να αναφερθούν.
5. Να περιλαμβάνεται η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης οφειλόμενης στη φυσιολογική φθορά από την συνήθη χρήση των συγκροτημάτων.
6. Να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή και του Κατασκευαστή ότι διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του προς προμήθεια εξοπλισμού καθώς και στο λογισμικό που φέρει αυτός, ότι μπορεί να εφαρμόζει τις αναβαθμίσεις λογισμικού που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες ασφαλείας (υλικού ή λογισμικού) που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή άλλη υπεύθυνη για το σκοπό Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Πιθανή προκύπτουσα για τον παραπάνω λόγο δαπάνη (πρόσβασης, προμήθειας λογισμικού και αναβαθμίσεων αυτού) επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
7. **Να βεβαιώνεται από τον Κατασκευαστή ότι ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής κωδικού αριθμού οποιουδήποτε εξαρτήματος που περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο εξαρτημάτων και υλικών (spare part list) του Κατασκευαστή καθώς και να γνωστοποιείται στην αναθέτουσα αρχή εγκαίρως.**
8. Να βεβαιώνεται από τον Κατασκευαστή ότι ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται μέσω service bulletin σχετικά με το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο συντήρησης που προτείνει καθώς και με πιο πρόσφατα σε ισχύ εγχειρίδια συντήρησης (service manuals) και καταλόγου ανταλλακτικών (spare parts).
9. Το συντηρητή δεν βαρύνουν **τα ανταλλακτικά και η λυχνία, τα οποία το Νοσοκομείο θα προμηθεύετε εξωσυμβατικά με χωριστή προσφορά κατόπιν υπόδειξης των τεχνικών του αναδόχου.** Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια & γνήσια, επί αποδείξει από τον κατασκευαστικό οίκο. Από τη σύμβαση εξαιρείται ο ανιχνευτής και η συστοιχία μπαταριών.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών των συμβεβλημένων πελατών του.
11. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24 ωρών σε περιπτώσεις βλαβών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα από τις 08:30 έως τις 16:30 που θα συμβούν όσες φορές χρειαστεί.
13. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο χρονικό διάστημα της ετήσιας ισχύος της σύμβασης που ζητείται, να προβεί, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Ακτινολογικό Τμήμα σε λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο του καλυπτόμενου μηχανήματος καθώς και σε τακτική συντήρηση αυτού, **δύο (2) φορές υποχρεωτικά**, ήτοι μία (1) φορά ανά εξάμηνο.
14. Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα διακριβωμένα, ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου (να κατατεθούν οι διακριβώσεις).
15. Οι εργασίες να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας στα συγκεκριμένα μηχανήματα (να κατατεθούν οι εκπαιδεύσεις).

16. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα απ' τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς.

17. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή, ο ανάδοχος θα προβαίνει σε οποιαδήποτε κατά την άποψή του απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος χωρίς να έχουν επίπτωση (μείωση) στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σύμβαση της αγοράς των μηχανημάτων.

18. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται (υπογραφή και ονοματεπώνυμο) από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας μας.

19. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης των προσφερόμενων μηχανημάτων. Η εταιρεία μας θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βλάβη και ει δυνατόν το είδος της (να αναφερθεί).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία Προσφέροντος:
 Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας:
 Τηλέφωνο/e-mail:
 ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ:
 Νόμιμος Εκπρόσωπος:
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΠΡΟΣ
 Γ.Ν. Σερρών

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ' αρ. ΑΑΠ 12777/20.07.2026 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού», Τμήμα , στο Γ.Ν. Σερρών, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:

Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας	Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ 24%	Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ
.....	€	€	€

Ο προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα)