

Χρήστης: Αnonymous

Φορέας

Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

▶ Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ▶ Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ-ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε 19/01/2021 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 03/02/2021

Μοναδικός Κωδικός 21ΔΙΑΒ000015103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες : 18/01/2021
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 925
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 4Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 Τ.Κ.62100 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 Πληροφορίες: Χαραμής Γεώργιος ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 Τηλ: 2321094291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 e-mail: charamis@hospser.gr Ταχ. Δ/ση: Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα
 Τηλ. : 2131514293, 2131514551

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό
 εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος »ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ».

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την διαβούλευση με τίτλο «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
 ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος
 » για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
 Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf και η ανακοίνωση – πρόσκληση σε μορφή pdf.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα **ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ** Email **karadimos@deltamedical.gr** Άρθρο **Αφορά το σύνολο των Ημ/νία**
A.E. **30/01/2021**
άρθρων

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)»CPV
 33140000-3»

Αξιότιμοι κύριοι,

Γενικά για την ως άνω διαβούλευση θέλουμε να τονίσουμε ένα σημαντικό θέμα που δεν άπτεται συγκεκριμένης προδιαγραφής: Το Νοσοκομείο σας μέχρι
 τώρα έχει δύο τύπου αναλυτές:

- Αναλυτές πάγκου «benchtop» που λειτουργούν με την μέθοδο αναφοράς των ξεχωριστών ηλεκτροδίων (Μ.Ε.Θ., Τ.Ε.Π.)
- Αναλυτές τύπου «κασέτας» (sensor cartridge) που οι σένσορες μαζί με όλα τα υγρά αλλάζουν περίπου σε μηνιαία βάση ή όταν παραστεί ανάγκη.

(Παθολογική, Καρδιολογική)

Έτσι είχε βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις αξιοπιστίας και παραγωγικότητας της ΜΕΘ και του ΤΕΠ και στην οικονομική και
 εύχρηστη λύση για τμήματα με μικρότερο φόρτο εργασίας.

Μετά λύπη μας διαπιστώνουμε πως αυτή η ισορροπία διαταράσσεται με την προτεινόμενη διαβούλευση. Από το σύνολο των προδιαγραφών συνάγεται το
 συμπέρασμα ότι μπορούν να προσφερθούν ισότιμα, αν δεν ευνοούνται κιόλας, αναλυτές τύπου «benchtop» που χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια και τις
 μεθόδους αναφοράς για τον υπολογισμό των ζητούμενων παραμέτρων και αναλυτές τύπου «κασέτας». Να σημειωθεί πως αναλυτές και των δύο
 κατηγοριών μπορούν να προσφέρουν οι περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν αναλυτές αερίων αίματος. Επίσης υπάρχουν και μία προδιαγραφή που
 αποκλείουν

Αυτό αδικεί τους αναλυτές ηλεκτροδίων γιατί η χρήση των μεθόδων αναφοράς, η συντήρηση των ηλεκτροδίων κ.α. κυρίως όμως το μεγαλύτερο κόστος
 απόκτησης τους από τις προμηθεύτριες εταιρείες σε σύγκριση με τους αναλυτές τύπου «κασέτας» καθιστά το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας
 εντελώς προβλέψιμο, γιατί συγκρίνονται αναλυτές ανάμοιοι μεταξύ τους.

Για να μη στερήσετε από τμήματα όπως π.χ. η ΜΕΘ και τα ΤΕΠ το δικαίωμα να αποκτήσουν αναλυτές αντίστοιχους των εξετάσεων που διενεργούν αλλά
 και των απαιτήσεων στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει ξανά ο διαχωρισμός των αναλυτών σε δύο τύπους ανάλογα με τις απαιτήσεις
 των τμημάτων που θα εγκατασταθούν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν η 5η παράγραφος των προδιαγραφών θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
